



INACAL
Instituto Nacional
de Calidad
Metrología

Certificado de Calibración

LFP - 011 - 2023

Laboratorio de Fuerza y Presión

Página 1 de 4

| | |
|---------------------------|--|
| Expediente | 1048046 |
| Solicitante | CERTINTEX S.A.C. |
| Dirección | AV GRAU 476 - URB. SANTA CLARA - ATE - LIMA |
| Instrumento de Medición | MAQUINA DE ENSAYO UNIAXIAL |
| Intervalo de Indicaciones | 0 N 500 N |
| Resolución | 0,1 N |
| Marca | SDL |
| Modelo | M350-10kN |
| Número de Serie | 350-261 |
| Procedencia | NO INDICA |
| Clase de Exactitud | NO INDICA |
| Fecha de Calibración | 2023-01-10 |

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI)

La Dirección de Metrología custodia, conserva y mantiene los patrones nacionales de las unidades de medida, calibra patrones secundarios, realiza mediciones y certificaciones metrológicas a solicitud de los interesados, promueve el desarrollo de la metrología en el país y contribuye a la difusión del Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú. (SLUMP).

La Dirección de Metrología es miembro del Sistema Interamericano de Metrología (SIM) y participa activamente en las Intercomparaciones que éste realiza en la región.

Con el fin de asegurar la calidad de sus mediciones el usuario está obligado a recalibrar sus instrumentos a intervalos apropiados.

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o modificaciones requieren la autorización de la Dirección de Metrología del INACAL. Certificados sin firma digital y sello carecen de validez.



Responsable del área



Firmado digitalmente
por DE LA CRUZ
GARCIA Leonardo FAU
20600263015 soft
Fecha: 2023-01-11
19:31:20

Dirección de Metrología

Responsable del laboratorio



Firmado digitalmente por
SANCHEZ AVILES Ricardo
Alfonso FAU 20600263015 soft
Fecha: 2023-01-11 15:23:20

Dirección de Metrología